

Radni nalog br: 0002-26

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 12.01.2026.

Datum: 12.01.2026.

Uređaj: Sterrad 100NX AC
Ser. br: 1048180068 ESB: 353
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

uređaj je stalno u alarmu nekoliko paljenja za redom. Pokušavano je pokretanje i bez materijala (na prazno) radi testiranja, ali alarm se i tada javlja. Alarm je u fazi: ispumpavanje isparavanja 1.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	12.01.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Boris Slišković	12.01.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera