

Radni nalog br: 0004-26

Korisnik: KBC Osijek
 Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
 Datum prijave: 13.01.2026.

Uređaj: Clinac iX
 Ser. br: H296425 ESB: 306
 Održava: Simteh
 Status: PMI

Datum: 21.01.2026.

Opis kvara:

Redovni Servis na Clinac-u.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.01.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	22.01.2026.	RS2	radni sati	10	KOM
3	21.01.2026.	RS2	Radni sati	5	KOM
4	23.01.2026.	RS2	Radni sati	5	KOM

Napomena servisera:

Porebno napraviti ispiranje instalacija zajedno sa spremnikom (buffer) za hlađenje linearnog akceleratora od strane korisnika i poslje ispiranja potrebno je promjeniti glikol u sustavu!!!

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mladen Vukuša	Mladen Kasabašić	21.01.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera