

Radni nalog br: 0006-26

Korisnik: Dragaš Dental
Adresa: Kralja Tomislava 153, 31431 Čepin Čepin
Datum prijave: 15.01.2026.

Datum: 15.01.2026.

Uređaj: PG8581
Ser. br: 000184659765 ESB: 660
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška 460-Blokada prskalice

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	15.01.2026.	PT3	Putni trošak	1	KOM
2	15.01.2026.	DI1	Dijagnostika kvara	1	KOM
3	15.01.2026.	RS	Radni sati	4	KOM
4	15.01.2026.	001315	Servisni kit	1	KOM

Napomena servisera:

Dijagnostikom utvrđen kvar prskalice.

Prskalice je zamijenjena te odrađen testni ciklus na programu vario TD+

Potrebno odraditi preventivni godišnji servis

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 15.01.2026.
	 Sanja Francesević	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera