

Radni nalog br: 0007-26

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 16.01.2026.

Datum: 15.01.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048220008 ESB: 156
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	15.01.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	15.01.2026.	05-53441-6-002	PM 2 KIT 10104	1	KOM
3	15.01.2026.	27-00496-040	Crijevo najlon 1/4 (ASP)	1	KOM
4	15.01.2026.	26-00391-043	Brza spojka 1/4 (ASP)	1	KOM
5	15.01.2026.	RS 3	Radni sati	8	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju izvršen redoviti godišnji preventivni servis sukladno propisanoj proceduri.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez problema.
- Testni ciklusi br.: 3627 i 3628, prošli bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološka kontrola NEGATIVNA (ciklus standard).

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Petar Zorić	15.01.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera