

Radni nalog br: 0012-25

Datum: 22.01.2025.

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeve 1, 21000 Split

Uređaj: Sterrad 100NX AC
Ser. br: 1048180241 ESB: 352
Održava: Eurokontakt
Vrsta posla: U kvaru - radi

Opis kvara: greška otvorenih vrata na komori

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	22.01.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM

Napomena serviser: Zamjena optičkog senzora na vratima komore uređaja

Predao Besim Husić	Ovjerio Boris Slišković	Datum izvršenja 22.01.2025.
-----------------------	----------------------------	--------------------------------