

Radni nalog br: 0021-26

Korisnik: OB ZADAR
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Datum prijave: 20.01.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX -Plazma sterilizator
Ser. br: 5047230291 ESB: 243
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Datum: 20.01.2026.

Opis kvara:

Preventivni servis.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	20.01.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	20.01.2026.	RS 3	Radni sati	8	KOM
3	20.01.2026.	25-54624-001	Filter ulja (ASP)	1	KOM
4	20.01.2026.	109831-01	Ulje vacuum pumpe	3	KOM
5	20.01.2026.	33-05313-0-001	Adapter konv. filtera	1	KOM
6	20.01.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena	1	KOM
7	20.01.2026.	100910-01	UV žarulja	1	KOM
8	20.01.2026.	22-52715-005	O-Ring (ASP)	2	KOM
9	20.01.2026.	22-00537-209	O-Ring, VITON	1	KOM
10	20.01.2026.	32-03557-0-001	Window,optic H2O2	1	KOM
11	20.01.2026.	32-51413-0-001	Window, optic (UV Lamp)	2	KOM
12	20.01.2026.	25-50703-001	Air Filter 0,2mm	2	KOM
13	20.01.2026.	74-50773-001	Luer. Male	1	KOM
14	20.01.2026.	25-52474-001	Air Filter	1	KOM

Napomena serviser:

-Na uređaju izvršen polugodišnji redoviti preventivni servis sukladno propisanoj proceduri.
-Svi testovi i kalibracije prošli bez problema.
-Tastni ciklusi broj: 2684 i 2685
prošli bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
-Biološka kontrola NEGATIVNA.

"NA UREĐAJU POTREBNA ZAMJENA PLAZMA GENERATORA"

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Ana Mavar	20.01.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser