

Radni nalog br: 0022-26

Korisnik: OB ZADAR
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Datum prijave: 20.01.2026.

Datum: 21.01.2026.

Uređaj: STERRAD 100 NX SD - plazma sterilizator
Ser. br: 1047160007 ESB: 028
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Preventivni servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.01.2026.	RS 3	Radni sati	8	KOM
2	21.01.2026.	05-53441-4-001	PM-1 KIT Sterrad 100NX	1	KOM
3	21.01.2026.	74-50773-001	LUER MALE 1/4-Luer adapter	1	KOM
4	21.01.2026.	22-52715-005	O-RING brtva (miniature)	2	KOM
5	21.01.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena	1	KOM
6	21.01.2026.	100910-01	UV Žarulja	1	KOM
7	21.01.2026.	32-51413-0-001	WINDOW OPT. UV Lamp	2	KOM
8	21.01.2026.	32-03557-0-001	WINDOW, OPT. H	1	KOM
9	21.01.2026.	22-00537-209	O-RING (brtva uv žarulje)	1	KOM
10	21.01.2026.	21-00477-040	ISO KF Cent. Ring.	2	KOM

Napomena serviser:

- Na uređaju izvršen polugodišnji redoviti preventivni servis sukladno propisanoj proceduri.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez problema.
- Tastni ciklusi broj:
prošli bez greške, ta se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološka kontrola NEGATIVNA.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Ana Mavar	21.01.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser