

Radni nalog br: 0028-26

Korisnik: OB ZADAR
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Datum prijave: 21.01.2026.

Uređaj: PG 8583 CD AE WW CM
Ser. br: 184660643 ESB: 666
Održava: Eurokontakt
Status: Instalacija

Datum: 21.01.2026.

Opis kvara:

Instalacija

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.01.2026.	RS1	Radni sati	4	KOM

Napomena servisera:

-Uređaj instaliran sukladno propisanom protokolu za instalaciju.
-Testni program "STANDARDNI", prošao bez greške, ali sa upozorenjem tlak vode ispod zadane vrijednosti.
(Zadana min.vrijednost hladne i tople vode je: 2 bara.).

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 21.01.2026.
	 Antonela Modrić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera