

Radni nalog br: 0030-26

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 22.01.2026.

Datum: 22.01.2026.

Uređaj: PG 8582 CD
Ser. br: 184648188 ESB: 657
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

- Modul zabravljivanja vrata
- Greška 550
- Mehanični kvar na mehanizmu brave.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	22.01.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	22.01.2026.	RS	Radni sat	3	KOM
3	26.01.2026.	7746206	Brava vrata komore	1	KOM

Napomena servisera:

- Dijagnosticiranje nedostataka.
- Izmjena mehanizma zabravljivanja vrata.
- Reparacija filtera hladne vode.
- Testni ciklus. STANDARD, prošao bez problema do faze ispiranje demi vodom. Uređaj izbacio grešku 422 (visoka vodljivost demi vode). Uređaj izbacuje grešku na vrijednosti 150 mic.simensa. , a očitana vrijednost je bila 350 mic.simensa.
- Preporuka tehničkoj sjužbi je da se očisti tank demi vode i kontrolira sustav za pripremu demi vode.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 22.01.2026.
	 Boris Slišković	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera