

Radni nalog br: 0032-26

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 22.01.2026.

Datum: 22.01.2026.

Uređaj: Sterrad 100NX AC
Ser. br: 1048180241 ESB: 352
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	22.01.2026.	05-53441-4-001	PM-1 Kit Sterrad 100NX	1	KOM
2	22.01.2026.	74-50443-001	Lues.Male 1/4-Luer adapter	1	KOM
3	22.01.2026.	22-52715-005	O-Ring (Brтва)	2	KOM
4	22.01.2026.	28-53786-001	VALVE,SOLENOID (ventil za dodjelu hidrogena)	1	KOM
5	22.01.2026.	100910-01	UV LAMP (Ultraljubičasta žarulja)	1	KOM
6	22.01.2026.	32-51413-0-001	Window Optical UV Lamp	2	KOM
7	22.01.2026.	32-03557-0-001	Window opt.H2O2	1	KOM
8	22.01.2026.	22-00537-209	Brтва UV žarulje	1	KOM
9	22.01.2026.	27-00496-040	,1/4TUBING,NYLON (Crijevo prozirno)	1	KOM
10	22.01.2026.	28-51971-001	Valve, Solenoid	1	KOM

Napomena serviseru:

- Na uređaju izvršen polugodišnji redoviti preventivni servis sukladno propisanoj proceduri.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez problema.
- Testni ciklus broj: 1650
- prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 22.01.2026.
	 Boris Slišković	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru