

Radni nalog br: 0035-26

Korisnik: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJUN PGŽ

Datum: 19.02.2026.

Adresa: GAJEVO ŠETALIŠTE 21, 51260 CIRKVENICA

Datum prijave: 26.01.2026.

Uređaj: G7892

Ser. br: 51/7377872 ESB: 623

Održava: Eurokontakt

Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Pukla preklopna sklopka (izbornik programa)

Nakon odrađenog servisa na uređaju je pušten u testni ciklus na programu VARIO TD. Ciklus prošao bez greške

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	29.01.2026.	PT3	PUTNI TROŠAK	1	KOM
2	29.01.2026.	RS	RADNI SATI	3	KOM
3	29.01.2026.	002363	PREKLOPNA SKLOPKA	1	KOM
4	29.01.2026.	002364	ODSTOJNIK PODLOŠKA	2	KOM
5	29.01.2026.	002365	BRTVENI PRSTEN	2	KOM
6	29.01.2026.	002366	DISK KVAČILA	1	KOM
7	29.01.2026.	002367	PLOČA IZBORNIKA	1	KOM
8	29.01.2026.	002368	SKLOPKA CRNA	1	KOM

Napomena serviseru:

Predao Mario Petravić	Ovjerio ANTONIJA ČORAK	Datum izvršenja 19.02.2026.
--------------------------	---------------------------	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru