

Radni nalog br: 0038-26

Korisnik: KB Sveti Duh
Adresa: Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
Datum prijave: 27.01.2026.

Datum: 27.01.2026.

Uređaj: Termodezinfektor PG 8582 AE WW AD LD
Ser. br: 018432158 ESB: 141
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška 555.- Steam condenser valve fault


Čišćenje od kamenca bilo potrebno.

Nakon čišćenja perilica pustena da odradi probni ciklus na programu BOČICE. Ciklus uspješno odrađen

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.01.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	27.01.2026.	RS	Radni sati	4	KOM
3	27.01.2026.	DI1	Dijagnostika kvara	1	KOM

Napomena servisera:

Potreban preventivni godišnji servis uređaja PG8582.

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Jelena Đuranec	Datum izvršenja 27.01.2026.
--------------------------	--	--------------------------------