

## Radni nalog br: 0045-26

Korisnik: KBCSM - Tumori  
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb  
 Datum prijave: 02.02.2026.

Datum: 02.02.2026.

Uređaj: TrueBeam  
 Ser. br: H194307                      ESB: 304  
 Održava: Simteh  
 Status: PMI


### Opis kvara:

Redovni servis aparata

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	02.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	02.02.2026.	RS2	Radni sati	6	SAT
3	03.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
4	03.02.2026.	RS2	Radni sat	10	SAT
5	03.02.2026.	184	QuarterLeaf motor	1	KOM
6	03.02.2026.	657	Flash kartica	2	KOM

### Napomena serviseru:

Uočen je problem na osovini ionizacijske komorice.  
 Potrebno ju što prije zamjeniti.

Predao  Mladen Vukuša	Ovjerio    Vladimira Ugarković	Datum izvršenja  02.02.2026.
-----------------------------	---	------------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru