

Radni nalog br: 0046-26

Korisnik: OŽB Pakrac
Adresa: Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac
Datum prijave: 04.02.2026.

Datum: 07.07.2026.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 130089 ESB: 652
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Redoviti godišnji preventivni servis.
Ukupan broj ciklusa na uređaju: 655

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.04.2026.	PT2	Putni trošak 2	1	KOM
2	24.04.2026.	RS 3	Radni sati	6	KOM
3	24.04.2026.	100798-06	PM 2 KIT Sterrad NX	1	KOM
4	24.04.2026.	26-00391-043	Brza spojka 1/4 (ASP)	3	KOM
5	24.04.2026.	000562	Crijevo, Najlon 1 4 O/D, prozirno	1	KOM

Napomena servisera:

-Na uređaju izvršen: Redoviti godišnji preventivni servis razine PM2.
-Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
-Testni ciklus: STANDARD broj: 656 prošao
bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
-Biološka kontrola: NEGATIVNA.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 07.07.2026.
	 Krunoslav Otopal	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera