

**Radni nalog br: 0047-26**

Korisnik: Dragaš Dental  
Adresa: Kralja Tomislava 153, 31431 Čepin Čepin  
Datum prijave: 04.02.2026.

Datum: 26.02.2026.

Uređaj: PG8581  
Ser. br: 000184659765                      ESB: 660  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI


**Opis kvara:**

Na zahtjev korisnika: Ugovoriti godišnji servis Miele perilice. Molila bih termin kada servis može doći .  
Odrađen preventivni godišnji servis sukladno uputama proizvođača  
Nakon servisa na uređaju je pušten testni ciklus na programu VARIO TD i ciklus je uspješno odrađen

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	25.02.2026.	PT3	Putni trosak	1	KOM
2	25.02.2026.	001315	SERVISNI KIT PG858x/9x/CD	1	KOM
3	25.02.2026.	RS	Radni sati	5	KOM
4	25.02.2026.	001523	Set crijeva za dozirnu pumpa	2	KOM
5	26.02.2026.	5752061	Fini filter	1	KOM

**Napomena servisera:**

Odrađen preventivni godišnji servis sukladno uputama proizvođača.  
Nakon servisa na uređaju je pušten testni ciklus na programu VARIO TD i ciklus je uspješno odrađen

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Sanja Frančešević	Datum izvršenja 26.02.2026.
--------------------------	---	--------------------------------