

Radni nalog br: 0050-26

Korisnik: POLIKLINIKA SINTEZA d.o.o.
Adresa: Ulica Frana Folnegovića 1C, 10000 Zagreb
Datum prijave: 10.02.2026.

Datum: 10.02.2026.

Uređaj: G7831
Ser. br: 44/18385128 ESB: 653
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI


Opis kvara:

Greška potopa radnog prostora

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	10.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	10.02.2026.	RS	Radni sati	2	KOM
3	10.02.2026.	002383	Odvodna pumpa Miele 7831	1	KOM

Napomena servisera:

-Zamjena odvodne pumpe.

Predao Besim Husić	Ovjerio  Sunčana Horvat	Datum izvršenja 10.02.2026.
-----------------------	--	--------------------------------