

Radni nalog br: 0052-26

Korisnik: KBCSM - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 12.02.2026.

Datum: 30.01.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

MLC leaf B38 javlja učestalo grešku.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.01.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	30.01.2026.	RS2	Radni sat	1	KOM
3	30.01.2026.	184	QuarterLeaf motor	1	KOM

Napomena servisera:

Zamjenjen motorić B38na MLC-u.

<p>Predao Mladen Vukuša</p>	<p>Ovjerio <i>Vladimir Ugarković</i> Vladimira Ugarković</p>	<p>Datum izvršenja 30.01.2026.</p>
---------------------------------	--	--

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera