

Radni nalog br: 0053-26

Korisnik: KBCSM - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 12.02.2026.

Datum: 09.02.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - radi


Opis kvara:

Promjena osovine ionizacijske komore.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	09.02.2026.	RS2	Radni sat	5	KOM
3	09.02.2026.	RS2	Radni sat	5	KOM
4	09.02.2026.	1401	pužna osovina	1	KOM
5	09.02.2026.	1403	spojnica osovine i motora	1	KOM

Napomena servisera:

Provjerene sve energije sa fizičarima.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 09.02.2026.
-------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera