

Radni nalog br: 0057-26

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 18.02.2026.

Datum: 20.02.2026.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 111298 ESB: 344
Održava: Eurokontakt
Status: PMI


Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	20.02.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	20.02.2026.	RS3	Radni sati	7	KOM
3	20.02.2026.	100798-06	PM 2 Kit Sterrad NX (ASP)	1	KOM
4	20.02.2026.	26-00391-043	Brza spojka ravna 1/4 (ASP)	3	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađen redoviti godišnji preventivni servis sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez problema.
- Testni ciklus broj: _____ prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

	Ovjerio	
Predao		Datum izvršenja
Besim Husić	Alenka C. Lovrović	20.02.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera