

**Radni nalog br: 0058-26**

Korisnik: KBC Rijeka  
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka  
Datum prijave: 18.02.2026.

Datum: 19.02.2026.

Uređaj: Sterrad NX AC  
Ser. br: 4033185233                      ESB: 345  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI


**Opis kvara:**

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.02.2026.	100798-06	PM 2 Kit Sterrad NX (ASP)	1	KOM
2	19.02.2026.	26-00391-043	Brza spojka ravna 1/4 (ASP)	3	KOM
3	19.02.2026.	27-00496-040	Crijevo, Najlon 1/4, prozirno (ASP)	1	KOM
4	19.02.2026.	28-51971-001	Povratni ventil ulja (ASP)	1	KOM
5	19.02.2026.	RS3	Radni sati	7	KOM

**Napomena servisera:**

- Na uređaju odrađen redoviti godišnji preventivni servis sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez problema.
- Testni ciklus broj: \_\_\_\_\_prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

	Ovjerio	
Predao		Datum izvršenja
Besim Husić	Alenka C. Lovrović	19.02.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera