

**Radni nalog br: 0059-26**

Korisnik: KBC Rijeka  
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka  
Datum prijave: 18.02.2026.

Datum: 19.02.2026.

Uređaj: Sterrad NX AC  
Ser. br: 4033185234                      ESB: 346  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI

**Opis kvara:**

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.02.2026.	100798-06	PM 2 Kit Sterrad NX	1	KOM
2	19.02.2026.	27-00496-040	Crijevo, Najlon 1/4, prozirno (ASP)	1	KOM
3	19.02.2026.	26-00391-043	Brza spojka ravna 1/4 (ASP)	2	KOM
4	19.02.2026.	PT3	Putni trošak	1	KOM

**Napomena servisera:**

- Na uređaju odrađen redoviti godišnji preventivni servis sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez problema.
- Testni ciklus broj: \_\_\_\_\_ prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

Predao Besim Husić	Ovjerio <i>D. Lovrović</i> Alenka C. Lovrović	Datum izvršenja 19.02.2026.
-----------------------	---	--------------------------------