

Radni nalog br: 0060-26

Korisnik: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Adresa: Petrova 3, 10000 Zagreb
Datum prijave: 19.02.2026.

Datum: 05.03.2026.

Uređaj: PG-8583 AE WW AD LD
Ser. br: 10859800 ESB: 146
Održava: Eurokontakt
Status: PMI


Opis kvara:

PMI-SERVIS

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.03.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	05.03.2026.	RS	Radni sati	5	KOM
3	05.03.2026.	001315	Servisni kit PG858X/9X/CD	1	KOM
4	05.03.2026.	000896	Mikrofilter H13	1	KOM
5	05.03.2026.	002005	Dos Crijevo 6MM-Miele	1	KOM

Napomena servisera:

Odrađen preventivni godišnji servis sukladno uputama proizvođača

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Snježana Lazić	Datum izvršenja 05.03.2026.
--------------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera