

Radni nalog br: 0062-26

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 23.02.2026.

Datum: 19.02.2026.

Uređaj: SimRT
Ser. br: 260-1033 ESB: 686
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Nije moguća akvizicija površine pacijenta.
Greška u firmwareu kamere, učitani firmware ponovno.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.02.2026.	RS3	Radni sat3	2	KOM

Napomena servisera:

Predao Nenad Cuca	Ovjerio Miran Gašparović	Datum izvršenja 19.02.2026.
----------------------	-----------------------------	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera