

Radni nalog br: 0071-26

Korisnik: Poliklinika REPROMED
Adresa: Gradišćanska ulica 36, 10000 Zagreb
Datum prijave: 03.03.2026.

Datum: 04.03.2026.

Uređaj: MAW 4D8 MC
Ser. br: 2026-7622 ESB: 819
Održava: Eurokontakt
Status: Instalacija


Opis kvara:

Instalacija uređaja

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	04.03.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	04.03.2026.	RS	Radni sati	12	KOM

Napomena servisera:

- Uređaj instaliran sukladno propisanom instalacijskom protokolu.
- Na uređaju odrađene kalibracije i umjeravanje plinova i temperatura.
- Umjernice od mjerne opreme u privitku radnog naloga.
- Izvršena obuka za rad na uređaju.
- Uređaj ispravan i spreman za rad.

Predao Besim Husić	Ovjerio  Patrik Stanić	Datum izvršenja 04.03.2026.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera