

Radni nalog br: 0073-26

Korisnik: OB ZADAR
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Datum prijave: 04.03.2026.

Datum: 05.03.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX -Plazma sterilizator
Ser. br: 5047230291 ESB: 243
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

-Plazma generator

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.03.2026.	PT3	RS 3	3	KOM
2	05.03.2026.	40-52321-001	LFPS-POWER SUPPLY,500W	1	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju izvršena zamjena plazma generatora.
-Svi testovi prošli bez greške.

Predao Besim Husić	Ovjerio Ana Mavar	Datum izvršenja 05.03.2026.
-----------------------	----------------------	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera