

Radni nalog br: 0074-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica - Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 04.03.2026.

Datum: 25.03.2026.

Uređaj: Parni sterilizator-3 PS5662
Ser. br: 121200440 ESB: 104
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi


Opis kvara:

- Curi voda na pumpi za demi vodu.
- Potrebna zamjena pumpe.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	25.03.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	25.03.2026.	002422	Grundfos pumpa CM 5-5 230V	1	KOM
3	25.03.2026.	RS	Radni sati	4	KOM

Napomena servisera:

- Zamjena pumpe na autoklavu PS5662V3 ESB 104

Predao Besim Husić	Ovjerio  Larisa Smriko	Datum izvršenja 25.03.2026.
-----------------------	---	--------------------------------