

Radni nalog br: 0075-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 04.03.2026.

Datum: 24.08.2026.

Uređaj: TB/TW37
Ser. br: 100281 ESB: 1012
Održava: Eurokontakt
Status: Ostalo


Opis kvara:

Temperaturno umjeravanje

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	12.06.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	12.06.2026.	RS	Radni sat	3	KOM
3	12.06.2026.	TEMP	Kontrola i servisno umjeravanje temperature	2	KOM

Napomena serviser:

- Temperaturno umjeravanje uređaja izvršeno u tri mjerne točke s intervalom zabilježbe od 5 minuta.
- Za potrebe umjeravanja korišten je mjerni instrument NiloChecker (Nilotech) sa pripadajućim mjernim sondama: DT 122 Dual Digital temp. probe.
DT 112 Digital temp. probe.
- Srednja vrijednost iznosi 35,81°C s maksimalnom devijacijom od 1%.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 24.08.2026.
	 Tamara Tramiš	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser