

**Radni nalog br: 0076-26**

Korisnik: ŽB Čakovec  
Adresa: I. G. Kovačića 1E, 40000 Čakovec  
Datum prijave: 09.03.2026.

Datum: 11.03.2026.

Uređaj: Glosair  
Ser. br: 188Y250 ESB: 290  
Održava: Simteh  
Status: U kvaru - radi


**Opis kvara:**

Uređaj ne radi. ne može ga se upaliti

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge          | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|---------------------------------|-----|-----|
| 1   | 11.03.2026. | PT2               | Putni trošak 2                  | 1   | KOM |
| 2   | 11.03.2026. | RS                | Radni sat                       | 5   | KOM |
| 3   | 11.03.2026. | 001336            | Fusefr 16A                      | 2   | KOM |
| 4   | 11.03.2026. | 001338            | Small colomn                    | 2   | KOM |
| 5   | 11.03.2026. | 001344            | RFID CONTROL BORD               | 1   | KOM |
| 6   | 11.03.2026. | 001349            | TUBE OF PERISTALTIQUE PUMP SR25 | 1   | KOM |
| 7   | 11.03.2026. | 001352            | PORTE FUSIBLE                   | 1   | KOM |
| 8   | 11.03.2026. | 001354            | ORDON 10/16A 250V 5M BLACK      | 1   | KOM |

**Napomena servisera:**

Nakon dijagnostike kvara ustanovljeno je da je uređaj u jako lošem stanju! Na uređaju je došlo do kratkog spoja di su osigurači za napajanje bili rastopljeni! Nakon izvršenog popravka i zamjene osigurača, kućišta osigurača i čišćenja filtera tanka peroksida i izmjene jednog dijela crijeva pumpe uređaj je pusten testni ciklus koji je odrađen bez problema! Preporuka je da se napravi preventivni godišnji servis. Zadnji evidentirani servis je bio u 2024. godini

|                          |   |                                |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Predao<br>Mario Petravić | Ovjerio<br><br>Sanja Galović | Datum izvršenja<br>11.03.2026. |
|--------------------------|---|--------------------------------|

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera