

Radni nalog br: 0077-26

Korisnik: HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Datum: 16.03.2026.

Adresa: Kardinala Alojzija Stepinca 17, 31000 Osijek

Datum prijave: 09.03.2026.

Uređaj: G 7883

Ser. br: 74351027 ESB: 397

Održava: Eurokontakt

Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Curi voda na mjeracu protoka vode

Nedostaje fini filter u komori

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.03.2026.	RS	Radni sati	1	KOM
2	16.03.2026.	000881	Mjerač protoka vode	1	KOM
3	16.03.2026.	001886	Fini filter	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Mario Petravić	Ovjerio <i>Sokol B.</i> Renata Leder	Datum izvršenja 16.03.2026.
--------------------------	--	--------------------------------