

Radni nalog br: 0078-26

Korisnik: MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Adresa: Katančićeva ulica 5, 10000 Zagreb
Datum prijave: 09.03.2026.

Datum: 13.03.2026.

Uređaj: PG 8583 CD
Ser. br: 184650631 ESB: 780
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Preventivni godišnji servis

| Rbr | Datum | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|---------------------------|-----|-----|
| 1 | 13.03.2026. | PT1 | Putni trošak 1 | 1 | KOM |
| 2 | 13.03.2026. | RS | Radni sat | 4 | KOM |
| 3 | 13.03.2026. | 001315 | Servisni kit PG858x/9x/CD | 1 | KOM |
| 4 | 13.03.2026. | 002062 | Filter | 1 | KOM |
| 5 | 13.03.2026. | 000473 | PVC crijevo 6mm | 1 | KOM |
| 6 | 13.03.2026. | 000474 | PVC crijevo 3mm | 1 | KOM |
| 7 | 13.03.2026. | 000455 | Mikro fini filter | 1 | KOM |

Napomena servisera:

Preventivni godišnji servis uređaja PG8583CD, ESB:780 izvršen sukladno uputama proizvođača.
Testni program "Univerzalni" prošao bez greške.

| | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Predao Antonio Čubrić | Ovjerio Ivan Janči 7-7 | Datum izvršenja 13.03.2026. |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera