

Radni nalog br: 0080-26

Korisnik: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Adresa: Petrova 3, 10000 Zagreb
Datum prijave: 09.03.2026.

Datum: 19.03.2026.

Uređaj: G-7883
Ser. br: 51/74368995 ESB: 147
Održava: Eurokontakt
Status: PMI


Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.03.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	19.03.2026.	RS	Radni sati	4	KOM
3	19.03.2026.	000471	Servisni Kit g78XXXCD	1	KOM
4	19.03.2026.	000473	PVC crijevo dos 6mm	1	KOM
5	19.03.2026.	000474	PVC crijevo 3mm	1	KOM
6	19.03.2026.	002189	Set donje prskalice G7883 Miele	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Snjezana Lazić	Datum izvršenja 19.03.2026.
--------------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera