

## Radni nalog br: 0081-26

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice  
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb  
Datum prijave: 09.03.2026.

Datum: 10.03.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX  
Ser. br: 5047250260 ESB: 820  
Održava: Eurokontakt  
Status: Instalacija


### Opis kvara:

Instalacija uređaja

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	10.03.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	10.03.2026.	Pot.mat	Potrošni materijal	1	KOM
3	10.03.2026.	RS 3	Radni sati	5	KOM

### Napomena servisera:

- Uređaj instaliran sukladno propisanom instalacijskom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus (EXPRESS) br.02 prošao bez greške.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA.

Predao Besim Husić	Ovjerio  Valentin	Datum izvršenja 10.03.2026.
-----------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera