

Radni nalog br: 0082-26

Korisnik: OB ZADAR
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Datum prijave: 09.03.2026.

Datum: 11.03.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5047265001 ESB: 816
Održava: Eurokontakt
Status: Instalacija


Opis kvara:

Instalacija uređaja

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	11.03.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	11.03.2026.	Pot.Mat	Potrošni materijal	1	KOM
3	11.03.2026.	RS 3	Radni sati	6	KOM

Napomena servisera:

- Uređaj instaliran sukladno propisanom instalacijskom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus (Express) br. 01 prošao bez greške.
- Biološka kontrola : NEGATIVNA.

Predao Besim Husić	Ovjerio  Ana Mavar	Datum izvršenja 11.03.2026.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera