

**Radni nalog br: 0087-26**

Korisnik: Institut za vode Josip Juraj Strossmayer  
Adresa: Ulica grada Vukovara 220 Zagreb, 10000 Zagreb  
Datum prijave: 12.03.2026.

Datum: 24.03.2026.

Uređaj: G7835  
Ser. br: 074328170                      ESB: 838  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI


**Opis kvara:**

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.03.2026.	PT1	PUTNI TROŠAK	1	KOM
2	24.03.2026.	RS	RADNI SAT	8	KOM
3	24.03.2026.	000471	SET ZA ODRŽAVANJE G7835,83,83/CD	1	KOM
4	24.03.2026.	002475	NAPA	1	KOM
5	24.03.2026.	002189	UBS PRSKALICA	1	KOM
6	24.03.2026.	001731	MIKRO FINI FILTAR	1	KOM
7	24.03.2026.	001886	SITO	1	KOM
8	24.03.2026.	002341	GRUBO SITO	1	KOM
9	24.03.2026.	002474	BRTVENI PRSTEN	1	KOM
10	24.03.2026.	002448	PROTU MATICA	1	KOM
11	24.03.2026.	002450	NOSAČ PRSKALICE	1	KOM
12	24.03.2026.	002260	PRSKALICA GORE	1	KOM
13	24.03.2026.	002342	SITO	1	KOM
14	24.03.2026.	002476	POKROV	1	KOM
15	24.03.2026.	002477	NAPA	1	KOM
16	24.03.2026.	002478	BRTVENI PRSTEN SPREMNIK ZA SOL	1	KOM
17	24.03.2026.	002479	POKLOPAC	1	KOM
18	24.03.2026.	002480	POKROV	3	KOM
19	24.03.2026.	000466	MAGNETNI VENTIL	1	KOM
20	24.03.2026.	000881	MJERAČ PROTOKA	1	KOM
21	24.03.2026.	001391	NEPOVRATNI VENTIL	1	KOM
22	24.03.2026.	002449	PLOVAK	1	KOM
23	24.03.2026.	002349	SENZOR TEMPERATURE	2	KOM
24	24.03.2026.	000880	NIVO PREKIDAČ	2	KOM
25	24.03.2026.	002481	REDUKCIJSKI NAST.	2	KOM
26	24.03.2026.	001388	SET FILTER	1	KOM
27	24.03.2026.	002482	CAP SCREW	1	KOM
28	24.03.2026.	002005	CRIJEVO DRM6X2 1650MM	2	KOM
29	24.03.2026.	002483	PRIKLJUČNO CRIJEVO DRM 3X1.5 1800MM	2	KOM
30	24.03.2026.	002484	BRTVA DOLJE	1	KOM
31	24.03.2026.	000036	MIELE SOL ZA PERILICU	50	KOM

**Napomena servisera:**

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu

<p>Predao Mario Petravić</p>	<p>Ovjerio  Mirjana Đurasek</p>	<p>Datum izvršenja 24.03.2026.</p>
----------------------------------	--	--

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera