

Radni nalog br: 0089-26

Korisnik: OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK
Adresa: Željka Selinger 1, 48000 Koprivnica
Datum prijave: 13.03.2026.

Datum: 20.05.2026.

Uređaj: ST 100 NX ALLCLEAR
Ser. br: 1047211365 ESB: 363
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Redoviti PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	20.05.2026.	PT2	Putni trošak 2	1	KOM
2	20.05.2026.	RS 3	Radni sati	7	KOM
3	20.05.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena (ASP)	1	KOM
4	20.05.2026.	32-51413-0-801	Optički filter, mali (ASP)	2	KOM
5	20.05.2026.	32-03557-0-801	Optički filter,veliki (ASP)	1	KOM
6	20.05.2026.	25-50703-001	Filter zraka 0,2 PTFE (ASP)	2	KOM
7	20.05.2026.	74-50773-001	Luer,male 14-28 (ASP)	1	KOM
8	20.05.2026.	25-54624-001	Filter uložak, Solberg (ASP)	1	KOM
9	20.05.2026.	109831-01	Ulje vacumske pumpe,L-1668M (ASP)	3	KOM
10	20.05.2026.	33-05613-0-001	Adapter konvertibilnog filtera (ASP)	1	KOM
11	20.05.2026.	25-00473-001	Hepa filter 100NX (ASP)	1	KOM
12	20.05.2026.	100910-01	UV Žarulja (ASP)	1	KOM

Napomena serviser:

- Na uređaju odrađen redoviti godišnji servis sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus broj: 2393 , "STANDARD", prošao bez greške. Te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki test: NEGATIVAN

Predao Besim Husić	Ovjerio  Danijel Halavuk	Datum izvršenja 20.05.2026.
----------------------------------	--	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser