

**Radni nalog br: 0091-26**

Korisnik: KBC Split  
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split  
Datum prijave: 13.03.2026.

Datum: 17.03.2026.

Uređaj: STERRAD NX  
Ser. br: 5033246250                      ESB: 503  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI


**Opis kvara:**

PM servis i intervencija po TB-118859

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.03.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	17.03.2026.	32-03557-0-001	Window, H2O2 Detector	1	KOM
3	17.03.2026.	100910-01	UV žarulja	1	KOM
4	17.03.2026.	28-53786-001	VALVE,SOLENOID	1	KOM
5	17.03.2026.	RS 3	Radni sati	6	KOM
6	17.03.2026.	31-51229-0001	Nosač scenera	1	KOM
7	17.03.2026.	106432-01	Barcode Reader	1	KOM

**Napomena servisera:**

- Na uređaju izvršen redoviti godišnji servis sukladno propisanoj proceduri.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus broj: 227 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA
- U sklopu servisa odrađena je i intervencija po biltenu br.: TB-118859 (Barcode Scanner).

Predao Besim Husić	Ovjerio  Boris Slišković	Datum izvršenja 17.03.2026.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera