

Radni nalog br: 0092-26

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 13.03.2026.

Datum: 18.03.2026.

Uređaj: STERRAD NX
Ser. br: 246082 ESB: 406
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	18.03.2026.	RS 3	Radni sati	8	KOM
2	18.03.2026.	100910-01	UV žarulja	1	KOM
3	18.03.2026.	32-51413-0-001	Optički filter (mali)	2	KOM
4	18.03.2026.	32-03557-0-001	Optički filter H2O2 (veliki)	1	KOM
5	18.03.2026.	33-05613-0-001	Adapter konv. filtera	1	KOM
6	18.03.2026.	25-52153-801	Filter 2x2mm	1	KOM
7	18.03.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogene	1	KOM
8	18.03.2026.	109831-01	Ulje vacuum pumpe	1	KOM
9	18.03.2026.	106432-01	Barcode Reader	1	KOM
10	18.03.2026.	31-51229-0-001	Nosač scenera	1	KOM
11	18.03.2026.	113662-802	Napajanje UV žarulje	1	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju izvršen preventivni godišnji redoviti servis sukladno propisanoj proceduri.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus broj: 338 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA.
- U sklopu servisa odrađene su intervencije po biltenima broj:
 1. TB-1188832 (Uv Lamp Pow. Supp.)
 2. TB-118859 (Barcode Reader)

Predao Besim Husić	Ovjerio Boris Slišković	Datum izvršenja 18.03.2026.
-----------------------	----------------------------	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera