

Radni nalog br: 0093-26

Korisnik: KB Sveti Duh
Adresa: Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
Datum prijave: 16.03.2026.

Datum: 20.03.2026.

Uređaj: Termodezinfektor PG 8582 AE WW AD LD
Ser. br: 018432158 ESB: 141
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI SERVIS


Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	20.03.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	20.03.2026.	RS	RADNI SATI	4	KOM
3	20.03.2026.	001315	SERVISNI KIT PG858X/9X/CD	1	KOM
4	20.03.2026.	002420	PARNI KONDENZATOR	1	KOM
5	20.03.2026.	002421	PARNI KONDENZATOR CRNI	1	KOM
6	20.03.2026.	000473	PVC CRIJEVO DOS 6MM	1	KOM
7	20.03.2026.	000474	PVC CRIJEVO 3MM	1	KOM
8	20.03.2026.	001369	PRESOSTAT	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu.

Na uređaju u memoriji grešaka zabilježena je učestala greška nedostatka soli di perilica nije mogla odraditi svoju regeneraciju i di je prostor za pranje u perilici ostao bijeli.

Na zadnjoj intervenciji koja je bila 27.01.2026 zatraženo je od strane tehničke službe bolnice da se postavi trofazni priključak i isto tako da se postavi trofazna utičnica jer trenutno je perilica spojena direktno u zid

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Jelena Đuranec	Datum izvršenja 20.03.2026.
--------------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera