

Radni nalog br: 0094-24

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 13.09.2024.

Datum: 13.09.2024.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050812574411 ESB: 049
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Poštovani,
molim vas servis odnosno pregled blateksa na odjelu za kralježnice Klinike za traumatologiju, Draškovićeva 19, prema zahtjevnici iz priloga i ponudu za isti izbacuje grešku A05, nešto sa vratima

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	13.09.2024.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM

Napomena servisera:

Servisno podešavanje zabrave vrata. (Nosač brave iskrivljen).

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Zoran Šekrst	13.09.2024.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera