

Radni nalog br: 0103-26

Korisnik: KBC Osijek
 Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
 Datum prijave: 20.03.2026.

Datum: 19.03.2026.

Uređaj: Clinac iX
 Ser. br: H296425 ESB: 306
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

MLC problem, nemoguće inicijalizirati MLC.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.03.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	19.03.2026.	RS2	Radni sati	1	KOM
3	19.03.2026.	00438	Motorić Full leaf	2	KOM
4	19.03.2026.	00232	Motorić Half leaf	6	KOM
5	19.03.2026.	00790	MEB Tipka	1	KOM

Napomena servisera:

Promjena motorića na MLC-u i resetiranje kontrolera.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio Mladen Kasabašić	Datum izvršenja 19.03.2026.
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera