

Radni nalog br: 0107-26

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 24.03.2026.

Datum: 24.03.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050821695838 ESB: 804
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Senzor sredstva za doziranje nije u funkciji

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.03.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	24.03.2026.	5427027-194	Art.Nr.S9B1V11SOC028001(Senzor nivoa doz.sredstva)	1	KOM
3	24.03.2026.	PT1	Putni trošak	2	KOM

Napomena servisera:

- Zamjena senzora nivoa sredstva za doziranje.
- Testni ciklus prošao bez greške.

Predao Besim Husić	Ovjerio Petar Zorić	Datum izvršenja 24.03.2026.
-----------------------	------------------------	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera