

Radni nalog br: 0110-26

Korisnik: NZJZ SDŽ
Adresa: Vukovarska ul. 46, 21000 Split
Datum prijave: 24.03.2026.

Datum: 27.05.2026.

Uređaj: PLW 8693 [DS5] SST 3N AC 400V 50Hz / 1N AC 230V
Ser. br: 184662876 ESB: 601
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

- Preventivni godišnji servis.
- Korisnik prijavljuje neadekvatne rezultate pranja epruveta.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.05.2026.	RS	Radni sat	5	KOM
2	27.05.2026.	Servisni kit	12481111	1	KOM

Napomena servisera:

- Preventivni godišnji servis uređaja odrađen sukladno protokolu i propisanoj proceduri.
- Proveden je testni program "Intenzivni" s materijalom za pranje, bez utvrđenih nepravilnosti u radu uređaja.
- Rezultat ispitivanja: uređaj zadovoljava propisane funkcionalne zahtjeve.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Anita Rakić	27.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera