

**Radni nalog br: 0112-26**

Korisnik: OB Bjelovar  
Adresa: Antuna Mihanovića 8, 43000 Bjelovar  
Datum prijave: 27.03.2026.

Datum: 01.04.2026.

Uređaj: Glosair  
Ser. br: 188Y1166 ESB: 291  
Održava: Simteh  
Status: PMI

**Opis kvara:**

PMI- SERVIS

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----|
| 1   | 01.04.2026. | PT2               | Putni trošak 2         | 1   | KOM |
| 2   | 01.04.2026. | RS                | Radni sati             | 4   | KOM |
| 3   | 01.04.2026. | 00587             | Glosair servisni kit   | 1   | KOM |

**Napomena servisera:**

Preventivni godišnji servis uređaja odrađen sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.  
Na uređaju je izvršeno čišćenje tanka koji je bio pun naslaga od peroksida.

|                          |  |                                |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Predao<br>Antonio Čubrić | Ovjerio<br><br>JOSIPA ŠARIĆ | Datum izvršenja<br>01.04.2026. |
|--------------------------|--|--------------------------------|

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera