

Radni nalog br: 0113-26

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 27.03.2026.

Uređaj: ESWL SIGMA COMPACT
Ser. br: 676 ESB: 062
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Datum: 30.03.2026.


Opis kvara:

KV error na C-luku

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.03.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	30.03.2026.	RS2	radni sati	4	KOM
3	22.04.2026.	PT3	radni sati	6	KOM
4	22.04.2026.	RS2	radni sati	4	KOM
5	28.04.2026.	02505	Monoblok (RTG Cijev)	1	KOM
6	28.04.2026.	RS2	radni sati	4	KOM

Napomena serviseru:

Nakon promjene monobloka (RTG Cijevi) i kalibracije C-luka, aparat ispravno radi.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio	Datum izvršenja 30.03.2026.
	 Zoran Trmčić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru