

Radni nalog br: 0115-26

Korisnik: Radiochirurgia
Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 10431 Sveta Nedjelja
Datum prijave: 27.03.2026.

Datum: 27.03.2026.

Uređaj: AlignRT-InBore
Ser. br: 250-0095 ESB: 379
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI


Opis kvara:

Nije moguće napraviti kalibraciju sustava

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.03.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	27.03.2026.	RS2	Radni sat 2	1	KOM

Napomena servisera:

Napravljeno čišćenje inBore ringa i kalibracija sustava

Predao Nenad Cuca	Ovjerio  Domagoj Kosmina	Datum izvršenja 27.03.2026.
----------------------	---	--------------------------------