

Radni nalog br: 0117-26

Korisnik: OB Vinkovci
Adresa: Zvonarska 57, 32100 Vinkovci
Datum prijave: 31.03.2026.

Datum: 31.03.2026.

Uređaj: STERRAD NX
Ser. br: 256380 ESB: 805
Održava: Eurokontakt
Status: Instalacija


Opis kvara:

Instalacija uređaja

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	31.03.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	31.03.2026.	RS 3	Radni sati	5	KOM
3	31.03.2026.	57-52105-802	Skopni prekidač 220AC/220V/10A	1	KOM
4	31.03.2026.	10133	Kazete vodkov peroxid	1	KOM

Napomena servisera:

- Uređaj instaliran sukladno propisanom instalacijskom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklusi "STANDARD", broj: 14 i 15 prošli bez greške.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA

Predao Besim Husić	Ovjerio  Anita Tutiš	Datum izvršenja 31.03.2026.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera