

## Radni nalog br: 0121-26

Korisnik: KB Dubrava  
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb  
Datum prijave: 02.04.2026.

Datum: 02.04.2026.

Uređaj: HM 880  
Ser. br: 537581                      ESB: 161  
Održava: Eurokontakt  
Status: U kvaru - NE RADI


### Opis kvara:

-Uređaj van funkcije.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	02.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	02.04.2026.	RS	Radni sati	3	KOM

### Napomena servisera:

- Dijagnostikom utvrđeno da je uzrok kvara na mehanizmu varilice, (velika količina prašine i ostataka folije).
- Blokiran silikonski kotač i pogonski zupčanik.
- Uređaj detaljno očišćen. Izvršeno podešavanje i kalibracija uređaja.
- Svi testovi prošli bez greške.

Predao Besim Husić	Ovjerio  Petar Zorić	Datum izvršenja 02.04.2026.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera