

Radni nalog br: 0126-26

Korisnik: JGL
Adresa: Svilno 20, 51000 Rijeka
Datum prijave: 07.04.2026.

Datum: 08.04.2026.

Uređaj: G7883 CD
Ser. br: 51/74378373 ESB: 834
Održava: Eurokontakt
Status: PMI


Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	08.04.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	08.04.2026.	RS	TROŠAK RADNIH SATI	6	KOM
3	08.04.2026.	000471	SERVISNI KIT G78XX CD	1	KOM
4	08.04.2026.	000455	MIKROFILTER	1	KOM
5	08.04.2026.	000473	PVC CRIJEVO DOS 6MM	1	KOM
6	08.04.2026.	000474	PVC CRIJEVO 3MM	1	KOM
7	08.04.2026.	002190	FINI FILTER KOMORE G7883	1	KOM
8	08.04.2026.	002341	GRUBO SITO	1	KOM
9	08.04.2026.	002062	PREFILTER	1	KOM
10	08.04.2026.	002342	SITO	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu.

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Goran Bojić	Datum izvršenja 08.04.2026.
--------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera