

Radni nalog br: 0129-26

Korisnik: KBCSM - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 08.04.2026.

Datum: 03.04.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - NE RADI


Opis kvara:

Gantry se lagano ljula i MPC ne prolazi.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	03.04.2026.	RS2	radni sati	2	KOM
3	03.04.2026.	00184	MLC motorić	1	KOM

Napomena servisera:

Nakon dotezanja lanca MPC prolazi.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 03.04.2026.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------