

Radni nalog br: 0131-26

Korisnik: KB Sveti Duh
Adresa: Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
Datum prijave: 09.04.2026.

Datum: 09.04.2026.

Uređaj: Termodezinfektor PG 8582 AE WW AD LD
Ser. br: 018432158 ESB: 141
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi


Opis kvara:

Greška 561

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	09.04.2026.	RS	Radni sat	2	KOM
3	09.04.2026.	000036	Sol	3	KOM

Napomena servisera:

- Blokirani senzori za reaktivaciju prilikom korištenja sitne soli za reaktivaciju
- Odstranjivanje čvrstih naslaga iz posude za reaktivaciju.
- Isporuka adekvatne soli za reaktivaciju

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio Andereja Cvjetković Pavešić 	Datum izvršenja 09.04.2026.
--------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera